

WESSLING GmbH
 Johann-Krane-Weg 42 · 48149 Münster
 www.wessling.de

WESSLING GmbH · Johann Krane Weg 42 · 48149 Münster

Leiser-Allgeier GmbH
 Chemisch reines Wasser
 Herr Levin Leiser
 Kurzheckweg 22
 76187 Karlsruhe

Kontakt: Dr. Peter Andersch
 Telefon: +49(0) 251 133988-11
 E-Mail: Peter.Andersch@wessling.de
 Datum: 17.10.2018

Prüfzertifikat

Probe:	Bi-destilliertes Wasser		Seite 1 von 1
Batch/Lot Nr.:	--	Artikel-Nr.:	--
Produktions / Verfalls Datum:	----- / -----	Probenahme:	11.09.2018
Probenmenge / Behälter:	1000 ml		

Auftrag-Nr.:	CMS-03659-18	Probeneingang:	12.09.2018	Prüfberichtsdatum:	17.10.2018
Auftragsdatum:	01.08.2018	Prüfbeginn:	12.09.2018	Prüfbericht-Nr.:	CMS18-010669-1
		Prüfungsende:	15.10.2018	Proben-Nr.:	18-145867-02

Parameter	Methode	Spezifikation Ph. Eur. 04/2018:1927	Ergebnis
Aussehen	Ph. Eur. 2.2.1/2.2.2*	farblos, klar	entspricht
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC)	Ph. Eur. 2.2.44*	≤ 0,5 mg/L	0,1 mg/L
Leitfähigkeit, elektrische	Ph. Eur.2.2.38*	≤ 1,3 µS/cm (25°C)	1,07 µS/cm (25°C)
Nitrat	Ph. Eur. 04/2018:0008*	≤ 0,2 ppm	< 0,2 ppm

* ausführender Standort: Pharmaanalytik Münster

Beurteilung: Bezogen auf die durchgeführten Untersuchungen entspricht das Muster den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Aqua valde purificata.



Carolin Redecker
 Laborleiterin



Carolin Richter
 Leiterin Qualitätskontrolle